

Số: 215 /BVCR-TTBYT
V/v: yêu cầu báo giá Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 3 Máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L, hãng MMM, model: SELECTOMAT PL 6612-2 CL” năm 2024 của Bệnh Viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá:
 - BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Đào Văn Hiệp – Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line: 1213. Email: baogia.bvcr@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 - Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm và bản scan (có đóng dấu giáp lai các tài liệu đính kèm).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá :
 - Từ 08h00 ngày 13 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn hiệu lực của báo giá :
 - Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Đào Văn Hiệp

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ ^(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện cho 1 máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L serial: B161260	Theo phụ lục 02: Danh mục Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ	01	Gói	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy	Thời gian thực hiện: 04 tuần kể từ ngày ký hợp đồng
2	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 3 máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L	kiện và bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện	01	Gói		Thời gian thực hiện dịch vụ: 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

LƯU Ý:

- Các đơn vị cung cấp báo giá theo đơn giá từng danh mục dịch vụ.
- Hình thức xét chọn: loại hợp đồng trọn gói bao gồm tất cả các danh mục dịch vụ đáp ứng.
- Hồ sơ báo giá thực hiện theo “Biểu mẫu 01” và hoàn thiện nội dung đáp ứng theo đúng cấu trúc “Biểu mẫu 02” trong hồ sơ yêu cầu báo giá. Không được thay đổi định dạng hoặc bỏ trống, nếu có điều chỉnh định dạng của biểu mẫu này có thể bị xem là không hợp lệ đối với những nội dung không đúng định dạng của biểu mẫu. Việc đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của bảng báo giá chỉ dựa vào “Biểu mẫu 01 và 02”.

Handwritten signature

- Trong cột khả năng đáp ứng của đơn vị cung cấp vui lòng ghi rõ “có” hoặc “không” ở từng mục. Nếu có hạng mục nào không đáp ứng vui lòng ghi rõ lý do và đề xuất ở cột “ghi chú” để Bệnh viện xem xét.

Trân trọng./ *hvt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT .



Luc Hu

PHỤ LỤC 01

THÔNG TIN VỀ THIẾT BỊ VÀ HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ

I. Thông tin hệ thống/ thiết bị:

STT	Tên thiết bị	Nhà sản xuất	MODEL Chủng loại	Serial	Nước xuất xứ	Năm sản xuất	Khoa quản lý	Số lượng	Tình trạng
1	Máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610 lít	MMM	SELECTOMAT PL 6612-2 CL	B161260	DEU	2017	KSNK	1	- Máy không hoạt động Lỗi: o Hồng van Y07 o Bơm Vaccum yếu
2	Máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610 lít	MMM	SELECTOMAT PL 6612-2 CL	B161261	DEU	2017	KSNK	1	- Máy hoạt động bình thường
3	Máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610 lít	MMM	SELECTOMAT PL 6612 - 2 CL	190130	DEU	2019	KSNK	1	- Máy hoạt động bình thường

II. Lịch sử hệ thống/ thiết bị :

- Máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 02 cửa, model: Selectomat PL 6612-2-CL số seri: 190130, hãng: MMM

STT	Nội dung lỗi	Thời gian báo hư hỏng	Thời gian khắc phục	Cách khắc phục
1	Bảo trì định kì	23/11/2022	23/11/2022	Kiểm tra tổng quan chu trình, kiểm tra van khí, thay ron cửa
2	Lỗi Door sealing pressure too low	12/05/2023	12/05/2023	Hông máy nén khí
3	Lỗi Preheating, ron cửa chảy nước	08/08/2023	08/08/2023	Ron cửa chưa kín
4	Dây xích cửa bị lệch răng	29/08/2023	29/08/2023	Đã điều chỉnh lại vị trí dây xích
5	Lỗi liên tục chu trình lúc hút Vaccum	15/09/2023	15/09/2023	Nghi ngờ do ron cửa không khít + thiếu nước giải nhiệt bom (do sử dụng nhiều máy cùng lúc)
6	Lỗi chu trình preheating	29/11/2023	29/11/2023	Máy báo lỗi nhiều lần, Chạy lại chu trình máy hết lỗi
7	Công ty SNC Asia Kiểm tra tổng quan	17/11/2023	17/11/2023	Máy hoạt động bình thường

- Máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 02 cửa, model: Selectomat PL 6612-2-CL số seri: B161260, hãng: MMM

STT	Nội dung lỗi	Thời gian báo hư hỏng	Thời gian khắc phục	Cách khắc phục
1	Sterilization cycle fails on the first try (8 packs)	01/10/2019	22/01/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Checked system and found out not enough steam is being produced by the steam generator 2. Checked system and found out contactor Q515 (supply power to one heating element) is not working. Heater relay E515 (relay supplying power to coil of contactor Q515) is not working. 3. Adjust heater relay parameter to activate third relay

ju

lee

2	Unloading door stuck	14/02/2019	14/02/2019	Blown fuse for unloading door motor, replaced with new one
3	Water dripping under the loading door during the start of the cycle when door seal pressure is applied	09/11/2019	09/12/2019	Replacement of Door Seal
4	Door Sealing Pressure could not be built up	04/08/2021	10/11/2021	Thay mới van Y09 (đang mượn hàng)
5	Hồng van Y30 đường nước giải nhiệt	22/11/2021	24/02/2022	Đề xuất Thay mới Van Y30. (Giám đốc chuyên Tô Đẩu Thầu 24/02/2022) Đã thay mới van Y30
6	Máy leaks nước từ cửa	04/01/2023	04/01/2023	Kiểm tra tổng quan máy, nghi ngờ seal cửa lão hóa - Máy tạm hoạt động
7	Lỗi mất tín hiệu màn hình khu Unloading	09/07/2023	09/07/2023	Kiểm tra kết nối LAN, màn hình chập chờn
8	Lỗi " Vacuum test"	09/08/2023	09/08/2023	Bơm hút Vacuum không hút được 75mbar trong chu trình
9	Hồng Van Y07	22/08/2023	22/08/2023	Hồng van Y07 - Tạm ngưng máy
10	Công ty SNC Asia kiểm tra tổng quan hệ thống	17/11/2023	17/11/2023	Khảo sát, kiểm tra tình trạng máy

- Máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 02 cửa, model: Selectomat PL 6612-2-CL số seri: B161261, hãng: MMM

STT	Nội dung lỗi	Thời gian báo hư hỏng	Thời gian khắc phục	Cách khắc phục
1	Connection problem with the unloading touchscreen display	18/6/2019	19/6/2019	1. Check Ethernet connection between the loading touchscreen display and unloading touchscreen display. 2. Adjustment of IP settings.
2	Abnormal noise coming from the evacuation pump	13/8/2019	09/04/2019	Pump due for PM. Waiting for PM implementation Implemented PM on the system, pump works normally
3	Door Sealing Pressure could not be built up	01/08/2022	01/08/2022	Hư hỏng Van Y09 và bộ điều phối khí do van không mở đủ đạt áp suất khí cấp.

Uc

					<p>Đề xuất thay 01 bộ điều phối khí và 01 van hơi Y09 Tờ trình được giám đốc duyệt 23/09/2022 11/11/22 thay van y09, phát hiện bộ điều khí bị nghẹt (Khuyến cáo có nước trong đường ống khí của hệ thống máy nén) 17/11/22 Thay trước cho BV bộ điều áp, phát hiện 3 van solenoid bị nghẹt (tiếp tục xử lý) 28/11/22 Thay trước 1 bộ van điều áp tổng (bộ cũ van Y09 vẫn dùng dc) - Máy hoạt động bình thường, tiếp tục theo dõi</p>
4	Máy leaks nước từ cửa	12/12/2022	12/12/2022		Kiểm tra tổng quan máy, nghi ngờ seal cửa lão hóa - Máy tạm hoạt động
5	Máy không có khí nén đầu ra	18/11/2022	18/11/2022		Hòng bộ Regulator + Bộ van khí
6	Lỗi "Jacket pressure"	12/05/2023	12/05/2023		Mất áp do hỏng máy nén khí
7	Lỗi mất tín hiệu màn hình khu Unloading	09/07/2023	09/07/2023		Màn hình chấp chờn
8	Công ty SNC Asia kiểm tra tổng quan hệ thống	17/11/2023	17/11/2023		Khảo sát, kiểm tra tình trạng máy - Máy hoạt động bình thường

PHỤ LỤC 02

Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 3 Máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L, hãng MMM, model: SELECTOMAT PL 6612-2 CL

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện cho 1 máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L serial: B161260	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra trước và sau thay thế, lắp đặt các linh kiện/phụ kiện - Dịch vụ bao gồm thay thế, lắp đặt các linh kiện/phụ kiện cho máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L hãng MMM, model: Selectomat PL 6612-2 CL, Serial: B161260: <ul style="list-style-type: none"> o Van Y07: 01 cái o Bơm Vacuum: 01 cái - Cam kết các linh kiện/phụ kiện trên được thay mới 100% có chứng từ nhập khẩu. Các phụ kiện/linh kiện hư hỏng sau khi thay thế nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi - Cam kết các linh kiện/phụ kiện sau khi thay thế được bảo hành theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất kèm xác nhận từ nhà sản xuất - Cam kết người thực hiện dịch vụ phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ - Cam kết thiết bị sau khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật hoạt động an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu chuyên môn 	01	Gói	Thời gian thực hiện: 04 tuần kể từ ngày ký hợp đồng	
2	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, bao gồm thay thế linh kiện/ phụ	<p>a. Phạm vi thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L, hãng MMM, model: Selectomat PL 6612-2 CL, Serial: B161260, B161261, 190130 - Số lượng: 03 cái <p>b. Yêu cầu dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo dưỡng phòng ngừa: Thực hiện bảo định kỳ ≥ 2 lần/ năm theo đúng quy trình nhà sản xuất. Nhà thầu định kèm hướng dẫn và quy trình bảo 	01	Gói	Thời gian thực hiện dịch vụ: 36 tháng kể từ ngày ký hợp	

kiện trong 36 tháng cho 3 máy hấp tiệt khuẩn sáy khô tự động 2 cửa 610L	<p> dưỡng có đồng dấu xác nhận - Thời gian thực hiện dịch vụ: Tất cả các ngày trong tuần - Hỗ trợ online (24h/24h) và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì - Thời gian phản hồi sau khi nhận yêu cầu từ Bệnh viện và có mặt tại địa điểm đặt máy để kiểm tra và sửa chữa: + Thời gian phản hồi: Trong vòng 30 phút kể từ khi nhận cuộc gọi. + Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra nếu cần thiết: Trong vòng 04 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố. - Khi bảo trì, sửa chữa cam kết thay thế tất cả các linh kiện/ phụ kiện cho toàn bộ thiết bị không giới hạn số lượng và không phát sinh chi phí của hợp đồng. Tất cả linh kiện, phụ kiện thay mới phải có chứng từ nhập khẩu và phải được bảo hành theo chính sách bảo hành của Hãng đối với linh kiện, phụ kiện. - Cam kết tổng thời gian dừng máy trong suốt thời gian bảo trì ≤ 18 ngày/năm (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, tết): + Từ ngày dừng máy số 19, mỗi ngày dừng máy sẽ được quy thành 2 ngày bảo trì cộng thêm + Cách tính số ngày dừng máy: Nếu máy dừng trong khoảng thời gian: o ≥ 4 giờ /ngày làm việc thì tính là 1 ngày o Đối với thứ 7, CN, lễ tết ≥ 8 giờ /ngày thì tính là 1 ngày - Đảm bảo thiết bị sau khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật hoạt động an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu chuyên môn - Tất cả hoạt động bảo trì được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết - Theo dõi điều kiện hoạt động thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm, ...) và cảnh báo cho bệnh viện biết nếu có bất thường vượt ngoài điều kiện của hãng khuyến nghị </p>		đồng
---	--	--	------

the

lsc

		<ul style="list-style-type: none"> - Nhân viên thực hiện bảo trì, kiểm tra phải có chứng chỉ thực hiện dịch vụ kỹ thuật do Nhà sản xuất cấp - Thời gian thực hiện dịch vụ: 36 tháng - Thực hiện công việc theo quy trình tối thiểu sau: <ul style="list-style-type: none"> + Đánh giá tình trạng máy trước bảo trì về tình trạng hoạt động của thiết bị và ghi nhận lại bằng biên bản có chữ ký của 2 bên + Đánh giá tình trạng thiết bị sau bảo trì, các vấn đề đã sửa chữa và thay thế phụ kiện/linh kiện. Có biên bản ghi nhận cụ thể và có chữ ký của 2 bên 				
--	--	---	--	--	--	--

11
BIỂU MẪU 1
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số/BVCR-TTBYT ngàycủa Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện cho 1 máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L serial: B161260	Theo biểu mẫu 02: Danh mục Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện	01	Gói		
2	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 3 máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L		01	Gói		
Tổng cộng:						

(Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác của gói thầu)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Lee H/2

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

BIỂU MẪU 02

Yêu cầu dịch vụ: Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 3 Máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L, hãng MMM, model: SELECTOMAT PL 6612-2 CL

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khả năng đáp ứng của Đơn vị cung cấp (ghi rõ có hoặc không)	Ghi chú
1	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện cho 1 máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L serial: B161260	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra trước và sau thay thế, lắp đặt các linh kiện/phụ kiện - Dịch vụ bao gồm thay thế, lắp đặt các linh kiện/phụ kiện cho máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L hãng MMM, model: Selectomat PL 6612-2 CL, Serial: B161260: <ul style="list-style-type: none"> o Van Y07: 01 cái o Bơm Vacuum: 01 cái - Cam kết các linh kiện/phụ kiện trên được thay mới 100% có chứng từ nhập khẩu. Các phụ kiện/linh kiện hư hỏng sau khi thay thế nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi - Cam kết các linh kiện/phụ kiện sau khi thay thế được bảo hành theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất kèm xác nhận từ nhà sản xuất - Cam kết người thực hiện dịch vụ phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ - Cam kết thiết bị sau khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật hoạt động an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu chuyên môn 		
2	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, bao	<p>a. Phạm vi thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L, hãng MMM, model: Selectomat PL 6612-2 CL, Serial: B161260, B161261, 190130 Số lượng: 03 cái 		

ec

llr

<p>gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 3 máy hấp tiệt khuẩn sấy khô tự động 2 cửa 610L</p>	<p>b. Yêu cầu dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo dưỡng phòng ngừa: Thực hiện bảo định kỳ ≥ 2 lần/ năm theo đúng quy trình nhà sản xuất. Nhà thầu đính kèm hướng dẫn và quy trình bảo dưỡng có đóng dấu xác nhận - Thời gian thực hiện dịch vụ: Tất cả các ngày trong tuần - Hỗ trợ online (24h/24h) và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì - Thời gian phản hồi sau khi nhận yêu cầu từ Bệnh viện và có mặt tại địa điểm đặt máy để kiểm tra và sửa chữa: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian phản hồi: Trong vòng 30 phút kể từ khi nhận cuộc gọi. + Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra nếu cần thiết: Trong vòng 04 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố. - Khi bảo trì, sửa chữa cam kết thay thế tất cả các linh kiện/ phụ kiện cho toàn bộ thiết bị không giới hạn số lượng và không phát sinh chi phí của hợp đồng. Tất cả linh kiện, phụ kiện thay mới phải có chứng từ nhập khẩu và phải được bảo hành theo chính sách bảo hành của Hãng đối với linh kiện, phụ kiện. - Cam kết tổng thời gian dừng máy trong suốt thời gian bảo trì ≤ 18 ngày/ năm (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, tết): - Từ ngày dừng máy số 19, mỗi ngày dừng máy sẽ được quy thành 2 ngày bảo trì cộng thêm - Cách tính số ngày dừng máy: Nếu máy dừng trong khoảng thời gian: 		
--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 4 giờ /ngày làm việc thì tính là 1 ngày • Đối với thứ 7, CN, lễ tết ≥ 8 giờ /ngày thì tính là 1 ngày 	
		- Đảm bảo thiết bị sau khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật hoạt động an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu chuyên môn	
		- Tất cả hoạt động bảo trì được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết	
		- Theo dõi điều kiện hoạt động thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm, ...) và cảnh báo cho bệnh viện biết nếu có bất thường vượt ngoài điều kiện của hãng khuyến nghị	
		- Nhân viên thực hiện bảo trì, kiểm tra phải có chứng chỉ thực hiện dịch vụ kỹ thuật do Nhà sản xuất cấp	
		- Thời gian thực hiện dịch vụ: 36 tháng	
		- Thực hiện công việc theo quy trình tối thiểu sau:	
		+ Đánh giá tình trạng máy trước bảo trì về tình trạng hoạt động của thiết bị và ghi nhận lại bằng biên bản có chữ ký của 2 bên	
		+ Đánh giá tình trạng thiết bị sau bảo trì, các vấn đề đã sửa chữa và thay thế phụ kiện/linh kiện. Có biên bản ghi nhận cụ thể và có chữ ký của 2 bên	



Đec

1/2